

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/21 01	SR	63,57	V	0,19	V	83,42	V	0,00	V	0,39	V	138,39	V	28479	V
2016/11/21 02	SR	65,96	V	0,28	V	86,33	V	0,00	V	0,44	V	139,13	V	29004	V
2016/11/21 03	SR	42,09	V	0,13	V	99,81	V	0,00	V	0,45	V	140,10	V	29169	V
2016/11/21 04	SR	19,27	V	0,02	V	122,71	V	0,00	V	0,41	V	140,41	V	29388	V
2016/11/21 05	SR	11,23	V	0,01	V	142,93	V	0,00	V	0,42	V	140,61	V	29665	V
2016/11/21 06	SR	22,41	V	0,02	V	124,33	V	0,00	V	0,36	V	139,84	V	28522	V
2016/11/21 07	SR	31,93	V	0,02	V	110,06	V	0,00	V	0,34	V	138,20	V	28228	V
2016/11/21 08	SR	13,11	V	0,02	V	145,67	V	0,00	V	0,42	V	138,84	V	29194	V
2016/11/21 09	SR	25,66	V	0,03	V	129,81	V	0,00	V	0,37	V	136,21	V	28412	V
2016/11/21 10	SR	26,50	V	0,03	V	125,27	V	0,00	V	0,35	V	135,52	V	28381	V
2016/11/21 11	SR	68,23	V	0,68	V	110,43	V	0,06	V	0,34	V	134,96	V	28030	V
2016/11/21 12	SR	48,14	V	0,17	V	106,31	V	0,00	V	0,32	V	134,80	V	28867	V
2016/11/21 13	SR	64,63	V	0,34	V	105,98	V	0,01	V	0,28	V	134,03	V	27263	V
2016/11/21 14	SR	41,30	V	0,08	V	118,49	V	0,00	V	0,31	V	133,33	V	27294	V
2016/11/21 15	SR	32,99	V	0,07	V	101,91	V	0,00	V	0,32	V	134,10	V	27477	V
2016/11/21 16	SR	40,34	V	0,11	V	92,31	V	0,00	V	0,31	V	135,25	V	27755	V
2016/11/21 17	SR	30,78	V	0,04	V	105,58	V	0,00	V	0,34	V	135,73	V	28252	V
2016/11/21 18	SR	29,02	V	0,05	V	114,82	V	0,00	V	0,32	V	135,51	V	27923	V
2016/11/21 19	SR	31,81	V	0,09	V	112,55	V	0,00	V	0,31	V	135,16	V	27860	V
2016/11/21 20	SR	16,33	V	0,01	V	124,22	V	0,00	V	0,39	V	136,88	V	29416	V
2016/11/21 21	SR	18,84	V	0,02	V	125,95	V	0,00	V	0,37	V	137,31	V	29263	V
2016/11/21 22	SR	27,52	V	0,03	V	124,25	V	0,00	V	0,37	V	138,00	V	29299	V
2016/11/21 23	SR	29,79	V	0,07	V	124,18	V	0,00	V	0,36	V	137,93	V	28978	V
2016/11/21 24	SR	73,75	V	0,33	V	84,32	V	0,01	V	0,31	V	136,81	V	27878	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-73.8	0.0-0.7	83.4-145.7	0.0-0.1	0.3-0.5	133.3-140.6	27263.0-29664.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.5	0.1	113.4	0	0.4	137	28499.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: